

莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目

(货物)

竞争性磋商文件

(项目编号: SXYYCG-2020-071)



采购人: 莘县妇幼保健院

采购代理: 山东信立项目管理有限公司

日 期: 二〇二〇年九月



目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	3
第二部分 供应商须知.....	6
第三部分 项目说明.....	31
第四部分 合同格式.....	25
第五部分 响应文件格式.....	43
资格审查文件.....	47
报价文件.....	40
商务文件.....	43



第一部分 竞争性磋商公告

莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目竞争性磋商公告

一、采购人：莘县妇幼保健院

地址：聊城市莘县

联系人：孙院长

联系方式：18866568618

采购代理机构：山东信立项目管理有限公司

地址：山东省聊城市利民东路金柱大学城 61 号楼 2151 室

联系人：陈工 联系电话：0635-2999866

邮箱：zhaobiao0635@163.com

二、采购项目名称：莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目

采购项目编号：SXYYCG-2020-071

企业报名诚信入库类型：供应商

采购项目分包情况：

服务内容	供应商资格要求	预算金额
莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目	(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定； (2) 具备中华人民共和国合法的营业执照； (3) 供应商如为生产商，须提供有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证；供应商如为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证或经营备案证及所投产品的医疗器械注册证，境内生产的产品同时提供生产商的医疗器械生产许可证； (4) 本项目不接受联合体投标。	160 万元

三、获取磋商文件

1、获取磋商文件时间：2020 年 9 月 8 日 9:00 至 2020 年 9 月 14 日 17:00。

2、磋商文件获取方式：聊城市公共资源交易网站网上下载

(<http://www.lcsggzyjy.cn/lcweb/>)。（磋商文件售价 0 元, 电子评标项目磋商文件格式



式为.lczf)

注: ①供应商应在磋商文件获取时间内登录聊城市公共资源交易网站电子交易平台下载文件, 逾期将无法下载。逾期未下载的视为放弃报名, 如参与投标/报价, 将被拒绝。②未在聊城市公共资源交易平台进行网上下载文件或网上下载文件不成功的, 无资格参加磋商。

四、公告期限: 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 14 日

五、响应文件的递交

1、时间: 2020 年 9 月 19 日 08:30 至 2020 年 9 月 19 日 9:00 (北京时间);

地点: 莘县政务服务中心六楼第二开标室。

2、递交响应文件方式:

(1) 在递交文件截止时间前, 将加密版的电子响应文件传送至聊城市公共资源招投标会员网上交易系统 (.lctf 格式), 并将非加密版文件 (.nlctf 格式) 及系统内下载的电子签章后的 PDF 版响应文件以 U 盘的形式密封后递交至指定地点。

(2) 若供应商成交, 成交后该供应商还需提交三份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书, 并加盖公章。

六、磋商时间及地点

1. 时间: 2020 年 9 月 19 日 09:00 (北京时间)

2. 地点: 莘县政务服务中心六楼第二开标室。

七、采购项目联系方式

联系人: 陈工 联系方式: 0635-2999866

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等: 详见磋商文件。

九、发布公告的媒介

本次采购公告在中国招标投标公共服务平台、聊城市公共资源交易网上同时发布。

十、电子评审事宜

1、供应商首次在聊城市公共资源交易平台参与投标, 购买下载标书前须办理企业诚信入库手续, 办理程序详见 (<http://www.lcsggzyjy.cn/lcweb/>) 《采购类业务诚信入库及常见问题解答》。因未及时办理入库手续导致无法报名的, 后果自负。各供应商务必安排好专人对各自诚信库信息进行更新、维护, 并对因诚信库信息不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。电子标书的制作, 企业从其诚信库内的获取的该企业的所有扫描件均为原件扫描件, 否则不予认可。另, 电子响应文件在诚信库内获取的有关扫描件为获取那一时刻的扫描件, 请各供应商更新诚信库后, 务



必重新获取, 重新生成响应文件。

2、供应商如需开具标书费发票, 请打印回执码页面并于项目开标后携带回执码信息至代理公司即可办理。对于支付标书费过程中产生的支付费用发票, 请各投标企业联系中金支付客服 0531-67880028 进行开具。

3、本项目实行电子评标, 供应商需办理 CA 证书, 办理要求详见聊城市公共资源交易中心网站悬浮框“CA 办理须知”。因未及时办理 CA 证书而导致无法投标的, 责任自负。

4、采购文件一经在聊城市公共资源交易平台系统发布, 视作已发放给所有供应商(发布时间即为发出采购文件的时间), 各供应商应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易平台系统下载采购文件和各类澄清答疑, 否则所造成的一切后果由供应商自负, 最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的, 制作响应文件需将答疑文件导入响应文件制作工具。

5、电子响应文件制作工具及制作视频请到聊城市公共资源交易中心网站“下载中心-政府采购-新点响应文件制作软件”下载。

供应商如遇交易系统软件操作技术问题, 请咨询江苏国泰新点软件有限公司或交易平台维护室。

联系电话: 400-998-0000; 0635-8902702;

联系人: 张工、黄工。

十一、重要说明

1、采购文件费用按整个项目一次性收取, 各投标企业按标段在系统内分别进行报名。报名成功后, 在任意一标段支付费用成功后, 各标段采购文件均可下载, 采购文件下载后, 各标段生成各自独立的保证金虚拟账号, 投标企业需按各标段生成的虚拟账号分别进行缴纳。

2、获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格, 供应商最终资格的确认以磋商小组组织的最后资格后审为准。

3、本项目采用电子明标评审。

采购文件: 链接: <https://pan.baidu.com/s/1kl-qGPlngIeniL10R0RqWQ> 提取码: ipfx
链接的采购文件仅供获取前查看, 投标供应商必须登录聊城市公共资源交易平台系统获取并下载正式的采购文件。

十二、本项目质疑投诉单位: 山东信立项目管理有限公司

质疑投诉单位地址: 山东省聊城市利民东路金柱大学城 61 号楼 2151 室



联系人及联系电话：陈工 0635-2999866

注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

发布人：山东信立项目管理有限公司

发布时间：2020 年 9 月 7 日



第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	规定
1	项目名称	莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目
2	项目编号	SXYYCG-2020-071
3	采购内容	本项目共一个包，采购内容：莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目。具体内容详见项目说明。
4	交货安装期	合同生效后 10 日历天
5	报价要求	本项目为非一次性报价 但 只允许有一种方案，磋商小组将根据现场评审情况确定报价次数，报价币种为人民币；本项目不接受有任何选择性的投标方案及报价，否则视为无效投标。初始报价及最终报价高于控制价的将按无效报价处理。 投标报价应包含产品的研发部署、生产、包装、运输、安装、调试、税金、培训、验收、保险、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用（即交钥匙项目）；以及磋商文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。报价若有遗漏，均应免费提供，采购人不再因任何原因支付任何费用。采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的投标。
6	采购方式	竞争性磋商
7	供应商资格要求	详见公告。
8	资格审查方式	资格后审。
9	资金来源	财政性资金
10	付款方式	供货安装调试完毕验收合格后付至合同价款的 90%，剩余 10%一年后无质量问题一次性付清。
11	质保期	三年。
12	质量要求	执行国家和行业相关技术规范、标准（负偏离为无效）。
13	评审标准及方法	综合评分法。



序号	内容	规定
14	报价有效期	90 日历日（自响应文件递交截止时间之日起）
15	代理费	按发改价格 2011【534】号文设备类标准收取，约定由成交供应商承担。 代理费缴纳账户信息： 开户名称：山东信立项目管理有限公司 开户行：华夏银行聊城建设支行 银行账号：12754000000941547 代理费交纳后由采购代理机构协助采购人和成交供应商签订合同。 因未交纳代理费而导致的一切后果由成交供应商自行承担。
16	保证金	1、磋商保证金的金额:3 万元（即叁万元整）。 2、账户名称：莘县公共资源交易中心 开户银行：山东莘县农村商业银行股份有限公司 3、磋商保证金缴纳形式：登录交易平台系统，网上报名成功并支付招标文件费用后，自主选择其中一家银行，点击生成保证金账号，随机获取每个标段的虚拟子账号，从基本账户按标段缴纳保证金； 4、系统内生成的保证金缴纳虚拟账号仅对一个项目的一家投标人的一个标段一次性有效，若本标段废标，需在新项目下载新磋商文件并生成新的保证金账号进行缴纳。原保证金在废标时即行要求代理公司予以退还。投标人应按所投标段在系统内生成各标段的不同虚拟保证金账号，分别缴纳各标段保证金，不得将不同标段的保证金缴纳至一个虚拟账号，也不得将此账号泄露给其他投标人。对于重新招标项目，以新项目下保证金缴纳为准。 5、磋商保证金到账截止时间为 2020 年 9 月 18 日 17 时逾期将作为无效标处理； 6、磋商保证金必须从投标人的基本户转出，基本账户开户许可证或基本存款账户承诺书（含加盖开户行印章的《基本存款账户信息》）、保证金电汇或转账凭证上传至诚信库中，未按规定提交保证金及证明材料的投标人视为重大偏差，作为无效处理；

序号	内容	规定
		7、供应商应及时缴纳报价保证金并充分考虑款项的到账时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。 8、自成交通知书发出之日起 5 日内退还未中标的磋商保证金，自合同签订之日起 5 日内退还中标人的磋商保证金。
17	答疑安排	供应商对采购文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于 2020 年 9 月 15 日 17 时前提出，选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透漏供应商的名称和联系方式；直接联系代理公司的，应以加盖供应商单位公章的书面文件提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至 zhaobiao0635@163.com。 我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对采购文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取采购文件的供应商，各供应商应随时关注报名信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中，否则无法生成最新响应文件。 供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同采购文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照采购文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。 本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内获取下载的为准，各供应商需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请投标人务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中，否则无法生成最新响应文件。
18	履约保证金	无
19	勘察现场	采购人不统一组织踏勘。

序号	内容	规定
		各供应商领取采购文件后可到项目现场进行踏勘，根据现场踏勘显示的所有内容做出详细的报价。不论报价中是否含有踏勘现场显示的所有项目内容，均视其已包含在其报价中。（凡因不勘察现场造成的不确定因素，不得纳入后期变更事项。）
20	是否允许递交备选报价方案	不允许。
21	是否接受联合体投标	不接受。
22	样品 (现场演示)	不需要
23	响应文件份数	电子响应文件：共计 3 份，共计 3 份，其中加密文件 1 份，为.lctf 文件，在会员系统中上传；不加密文件一份，为.nlctf 文件以 U 盘形式递交；另提交 U 盘，内容为电子签章后的 PDF 格式响应文件。 网上提交的电子投标文件为正本，开标现场提交的电子光盘为副本。当副本和正本不一致时，以正本为准。 若投标企业中标，中标后该企业还需提交三份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章。 电子响应文件单独密封（留存人：山东信立项目管理有限公司）。上述各种形式响应文件均需在响应文件递交截止时间之前递交，缺少任何一项，采购人不予受理。 若供应商成交，成交后该供应商还需提交三份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章。
24	电子响应文件签章要求	电子响应文件签章要求：响应文件封面、开标一览表及磋商文件规定的其他应签章处。未按要求进行签章的响应文件，作无效标处理。 本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用明标评审。
25	封面标准	封套上写明 包号：包 A（采购内容） 采购人名称：莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目 项目名称：莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目医疗设备采购项目.nlctf 文件/.PDF 文件封面和密封条骑缝处加盖投标单位公章和法定代表人（或代理人）签字或盖章，并注明“于 年 月

序号	内容	规定
		日开标前不得启封”字样。
26	递交投标文件时间、形式与地点	①递交响应文件截止时间: 2020 年 9 月 19 日 09 时 00 分 (时间以聊城市公共资源交易中心服务器时间为准) ②递交响应文件地点: 莘县政务服务中心六楼第一开标室 ③形式: 将电子响应文件传送到聊城市公共资源交易平台投标文件上传栏目; 投标人应将“响应文件电子光盘及 U 盘”单独密封在“响应文件电子光盘/U 盘密封袋”中; ④供应商有关资格审查表需单独密封后递交。 注: 上述各种形式投标材料均需在投标截止时间之前递交。
27	磋商时间、地点及解密时间	磋商时间: 同投标截止时间 磋商地点: 莘县政务服务中心六楼第一开标室。 解密时间: 因投标人自身原因导致在规定的解密时间 (每个投标人限 10 分钟) 内解密失败的, 其投标被拒绝且投标文件被退回。 其他要求: 评标过程中产生的所有数值均保留 2 位小数。废标企业的投标报价不计入评标基准价的计算。
28	供应商需提交的资格审查文件	电子响应文件中提供如下资格审查文件: 1) 提供营业执照扫描件; 2) 2018 或 2019 年度财务状况报告。是指提供本单位的财务报告或财务报告表扫描件; 3) 近半年内不少于一个月依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明, 为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的扫描件; 4) 近半年内不少于一个月依法缴纳社会保障资金的证明。指提供本单位政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据扫描件; 5) ①基本存款账户开户许可证复印件加盖公章或②基本存款账户承诺书 (含加盖开户行印章的《基本存款账户信息》) (格式见附件); (如不能提供①, 则提供②); 6) 投报产品的《医疗器械注册证》复印件加盖公章;



序号	内容	规定
		7) 若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为代理商，应提供《医疗器械经营企业许可证》经营备案证； 8) 保证金缴纳凭证； 9) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式按附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》； 10) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》，格式按附件； 11) 法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证扫描件； 备注： 1. 资格审查采用资格后审，仅需按照电子标书制作要求将其上传至诚信库并在电子标书中获取即可。 2. 电子响应文件制作，资格审查的 1-7 项应直接从诚信库中获取；8-11 项应按磋商文件规定格式填写并签字盖章后，直接上传至电子响应文件系统中。未按要求提供上述证明视为无效投标。 3. 供应商未按照上述 1-2 项重要说明的要求提供材料、证件或制作电子响应文件的，作无效处理。 4. 电子响应文件中从诚信库内的获取的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可，涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。 5、各供应商务必安排好专人对各自诚信库信息进行更新、、维护，并对因诚信库信息不合法、不真实、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。 6、2020 年新成立公司上述资格要求中的 2)、3)、4) 可不提供。
29	解密时间	在响应文件递交截止时间前半小时，各供应商即可插入 CA 锁，使各自的电子响应文件处于待解密状态。报价时间到达且全部供应商电子响应文件处于可解密状态后，插入代理公司 CA 锁正式解密响应文件，并通过电子系统依次公开唱价。

序号	内容	规定
		供应商可在磋商仪式前任意时间制作并上传响应文件，若响应文件已上传且距离磋商时间不足 30 分钟，响应文件将不可自行撤回、更改。若响应文件已处于待解密状态，开标前放弃投标或撤回文件的，请联系现场代理公司工作人员进行撤回。 响应文件递交截止时间后，电子招投标系统将不再接收电子响应文件，未按时上传响应文件或递交有关材料的企业将作无效标处理。供应商在响应文件递交截止时间后到达、截止时间未携带 CA 锁、拒绝解密、报价时间后离开导致无法解密、或因自身原因在规定时间内（每家企业限 10 分钟）解密失败的，其响应文件将被拒绝且作无效报价处理。
30	说明	本文件中所指扫描件包含照片。
31	电子招投标的应急措施	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。 （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为 PDF 版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。
32	优惠政策	一、小型和微型企业价格折扣： 根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181 号）文件规定，投标人属小型或微型企业并以其自身产品（或提供其他小型或微型

序号	内容	规定
		企业制造的产品）和服务投标，质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，给予小型和微型企业产品价格 6%的折扣。 评审价格=投标总报价-小微型企业产品报价×6% 注：1、供应商须按采购文件要求提供小、微型企业声明函（见附件格式），并填写小、微型企业产品汇总表，否则不给予价格扣除。 （若为联合体投标的，联合体各方均需提供小、微型企业声明函） 2、若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 3、中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300 号文件。 4、小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为大、中型企业。 二、监狱企业和戒毒企业价格折扣： 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。 监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当按照招标文件要求于投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并填写监狱企业产品汇总表，否则不给予价格扣除。 三、残疾人福利性企业价格折扣： 根据财政部、民政部（财库〔2017〕141 号）文件规定，投标人为残疾人福利性企业或所报产品为残疾人福利性企业产品并需要价格扣除的，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，给予产品的价格 6%的扣除。需提供“残疾人福利性单位申明函”并填写残疾人福利性单位产品汇总表，否则不给予价格扣除。 注：以上一至三价格折扣只计一项，不重复折扣。 四、强制采购节能产品（强制类产品）



序号	内容	规定
		本项目采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号中的强制采购节能产品，供应商必须提供该产品的节能产品认证证书并填写“节能产品（强制类）明细表”（格式见附件）否则不予评审。 五、非强制采购节能产品加分 供应商所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号中的节能产品，提供该产品的节能产品认证证书并填写“非强制采购节能产品明细表”（格式见附件）的，予以加分。 加分标准 1、报价加分 节能产品报价/投标总报价*4%*价格分 2、技术加分 节能产品报价/投标总报价*4%*技术分 注：若同一合同包内的节能产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。 六、环境标志产品加分 供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》财库〔2019〕18号内产品，提供该产品的环境标志产品认证证书并填写“环境标志产品明细表”（格式见附件）的，予以加分。 加分标准 1、报价加分 环保产品报价/投标总报价*4%*价格分 2、技术加分 环保产品报价/投标总报价*4%*技术分 注：若同一合同包内的环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。 注：以上若没有，直接填写无即可。

一、适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。供应商应当按照本采购文件的要求进行报价。

二、总则

（一）定义



- 1、“采购人”系指莘县妇幼保健院。
- 2、“采购代理机构”系指山东信立项目管理有限公司。
- 3、“供应商”系指向采购代理机构索取采购文件并提交响应文件的供应商。
- 4、“成交（候选）供应商”系指由磋商小组对各供应商综合评审后，评选出的对采购文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为采购人提供货物和服务，遵守响应文件和磋商时的承诺，赢得或潜在赢得合同的供应商。
- 5、“莘县妇幼保健院 PCR 实验室设备采购项目”系指成交供应商按采购文件和政府采购合同的要求，向采购人提供所需的货物、服务及有关技术资料。
- 6、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的运输、安装、测试、检验、调试、技术支持、人员培训、售后服务以及其它相关的义务。

（二）保证金：详见供应商须知表。

（三）相关费用

- 1、无论评审方法和结果如何，供应商均应自行承担所有与本次磋商活动有关的相关费用；
- 2、代理服务费：详见供应商须知表。
- 3、履约保证金：详见供应商须知表。

三、采购文件说明

（一）采购文件组成：本采购文件由采购文件目录所列内容组成。

（二）采购文件澄清

供应商对采购文件提出的澄清要求，详见须知表。对在采购文件要求提交响应文件截止法定时间前收到的采购文件的澄清要求，采购代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买采购文件的供应商。

（三）采购文件修改

1、采购代理机构对采购文件必须修改的内容，须在采购文件要求提交响应文件截止时间前，以书面形式通知已购买采购文件的所有供应商。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力；

2、为使供应商有足够的时间按采购文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟磋商会议时间，并将此变更书面通知各供应商。



四、响应文件编写

供应商应认真阅读采购文件中所有内容，并按照采购文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对采购文件做出实质性响应。否则，其将被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按照采购文件的要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格审查文件：详见供应商须知表中要求。

2、报价文件

- （1）报价函（附件）；
- （2）报价一览表（附件）；
- （3）报价明细表（附件）；
- （4）政府采购政策相关表格及材料；
- （5）供应商认为需说明的其他内容；

3、技术文件

- （1）详细技术资料，如品牌、型号（规格）、详细配置、技术指标说明、制造商（原产地）、产品质量的详细说明及图片、效果图等；
- （2）整体供货、安装调试、运营保障方案及评分标准中技术方案；
- （3）技术响应表（见附件）；
- （4）其他需要说明的材料（根据评分标准及项目要求格式自拟）。

4、商务文件

- （1）商务响应表（附件）；
- （2）类似项目业绩清单（相应证明材料，成交合同等证明材料）；
- （3）服务项目承诺（包括但不限于售后服务、技术培训承诺等）；
- （4）其他优惠条款：供应商提供的优惠条款必须在报价文件中明确列出；
- （5）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的语言要求及计量单位

- 1、供应商提交的响应文件及供应商就有关磋商的所有来往函电均应使用标准简体中



文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

2、除采购文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件的格式要求

1、电子响应文件：共计 3 份，其中加密文件 1 份，为.lctf 文件，在会员系统中上传；不加密文件一份，为.nlctf 文件以 U 盘形式递交；另提交 U 盘，内容为电子签章后的 PDF 格式响应文件。网上提交的电子响应文件和磋商现场提交的电子光盘不一致时，以网上提交的电子响应文件为准。

2、为方便审查，请供应商将资格审查文件中要求提供所有材料的复印件及评分项证明材料的复印件随资格审查表一同放入档案袋内（可不密封）（封面列明含哪些资料），并在封面注明“资格审查文件、供应商名称”“评分项证明材料原件、供应商名称”，与电子响应文件同时提交。

3、响应文件需由供应商盖章并由法定代表人或授权代表签字；

4、电子响应文件签章要求

电子响应文件签章要求：响应文件封面、开标一览表及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的响应文件，作无效标处理。

上述签章处均需使用 CA 印章进行签章，未按要求进行签章的响应文件，作无效标处理。

5、电子响应文件的制作：

（1）响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的响应文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

（2）供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件。

（3）电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的招响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

（4）为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖供应商单位电子签章和法定代表人 CA 印章。



6、电子光盘的制作：

在递交响应文件的同时，应按须知表规定份数，递交与电子响应文件完全一致的电子光盘或U盘。

7、响应文件不得随意涂改和增删，错漏处如有修改，必须由供应商或其授权代表签字和盖章；

8、响应文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由供应商负责；

9、电子邮件、电话、传真形式的响应文件概不接受。

五、磋商报价

（一）、磋商报价基本要求

1、本次磋商报价为**非一次性报价**；

2、报价币种为人民币；

3、本项目报价包括完成整个项目所产生的其它所有费用；

4、“报价一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；供应商必须提供报价明细表中的分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5、供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。本项目不接受可选择的磋商方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

6、供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

（二）、响应文件密封和标记

1、供应商应将n1ctf格式响应文件、PDF格式响应文件分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

（1）项目编号、项目名称；

（2）n1ctf格式响应文件、PDF格式响应文件；

（3）供应商名称(加盖公章)；

六、报价有效期

（一）、从报价之日起，有效期为**90**日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，

将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝；

（二）、特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

七、响应文件递交

（一）、响应文件递交：

1、供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟磋商会议截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交；

2、采购代理机构将拒绝接收递交响应文件截止时间后送达的响应文件。

（二）、响应文件签收

1、采购代理机构收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明；

2、对供应商提交的响应文件在响应文件递交截止时间后不予退还。

（三）、响应文件修改与撤回

1、供应商在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构；

2、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致；

3、响应文件在报价有效期内不得撤回。

八、磋商

（一）、磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点，在监督机构的监督下按照规定组建磋商小组。磋商小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审，推荐成交候选供应商。

（二）、磋商原则

“客观、公正、审慎”为本次磋商的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，根据采购文件的评审程序、评审方法、评审标准进行独立评审，同时在评审过程中遵守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何

因素。

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4、保密性原则：采购代理机构将采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

5、综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

（三）、磋商程序

1、供应商的法定代表人或其授权代理人按照采购文件规定的时间和地点参加磋商仪式并签到。

响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按采购文件要求加密或密封的。

（3）响应文件递交截止时间后，电子招投标系统将不再接收电子响应文件，现场也不再接收纸质响应文件，未按时上传或递交响应文件的企业将作无效标处理。供应商在投标截止时间后到达、拒绝解密、磋商时间后离开导致无法解密、或因自身原因在规定时间内（每家企业限 10 分钟）解密失败的，其响应文件将被拒绝且作无效标处理。

2、磋商由采购代理机构主持，监督机构、采购人代表、供应商代表（限 1 人）及有关工作人员参加。

主持人在规定的时间内，通过网上开评标系统，按下列程序进行开标：

（1）宣布磋商会开始；

（2）宣布采购人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员姓名；

（3）公布在磋商截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（4）由随机抽取的供应商代表检查电子响应文件的密封情况；

（5）供应商在供应商须知表规定的时间内解密电子响应文件；

（6）采购代理机构对供应商已解密的电子响应文件进行二次解密；

（7）电声唱标，宣读供应商名称、初始报价、服务期等内容；



- (8) 供应商代表、记录人等有关人员在磋商记录上签章（签字）确认；
- (9) 磋商仪式结束。

3、电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；
- (6) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为 PDF 版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

2、评审：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。响应文件有下列情况之一的，为未能对采购文件做出实质性响应，将作无效处理：

- (1) 响应文件未经供应商单位盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（非逐页小签）；
- (2) 交付时间/服务期限、付款方式、报价有效期及报价保证金等有不满足采购文件要求的；
- (3) 供应商未按采购文件提供资格审查材料的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理；

(6) 初始报价或最后报价超过采购控制价的；

(7) 被聊城市公共资源交易中心（市中心）通报且在通报期间的企业，将视为失信企业，作无效标处理。

(8) 响应文件制作机器码、响应文件创建标识码一致、造价软件加密锁号一致，将视同串通投标作无效标处理，并将有关问题上报至行政监管部门处理。

(9) 电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释或高度雷同项达到一定数量的，由评审委员会作无效标处理。（具体数量由评审委员会协商确定）

(10) 不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、磋商：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。



4、最后报价：采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。（特殊情况下，磋商小组可以根据评审情况现场增加或减少报价次数。）

5、本项目采用综合评分法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。供应商的综合得分等于全体磋商小组打分的算术平均值。

定标原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照最终综合得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并经采购人确定排名第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术服务方案优劣顺序推荐。当确定的成交人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同时，采购人有权重新招标或将合同授予综合得分排名第二的供应商，以此类推。

不允许分包，严禁转包。

6、供应商最终有效报价的认定：

所有供应商禁止低于成本价、恶意竞争，如发现明显低于成本价的经磋商小组认定作无效处理。

在付款方式、技术参数等实质性内容不改变的情况下，供应商的后一轮报价不得超过前一轮报价，否则按响应文件无效处理。

7、评分细则：

价格部分 (35 分)	以满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分 35 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35%×100 备注：结果四舍五入保留两位小数。
----------------	--

技术部分 (35 分)	1、根据投报产品的技术参数进行评定，每出现一项负偏离扣 1 分，本项满分 10 分。供应商在响应文件中必须附详细的技术偏离表。
	2、综合考虑所供产品品牌知名度、成熟度、市场占有率等情况评定：品牌知名度高，产品技术成熟，市场占有率高，得 4-6 分；品牌知名度低，产品技术成熟，但市场占有率低，得 2-3.9 分；品牌知名度低，产品技术不成熟，市场占有率低，得 0-1.9 分；
	3、综合考虑所供设备的稳定性、设备配置、选型的合理性等方面评定：设备稳定性强，设备配置高，选型先进得 3-4 分；设备稳定强但设备配置不高、选型不先进得 2-2.9 分，设备稳定性差，设备配置低得 0-1.9 分；
	4、综合考虑所供设备性价比、产品升级服务等方面评定：性价比高，产品易升级，操作简便得 2.5-4 分；设备性价比低，产品升级复杂，操作难度高，得 0-2.4 分。
	5、综合考虑所供设备的可靠性、先进性、随机备品备件的供应及承诺情况等方面评定：可靠性强，产品先进，随机备件供应充足，备件清单明细得 2.5-4 分；可靠性、先进性偏低，随机备件供应充足，备件清单明细得 1.5-2.4 分；可靠性、先进性偏低，随机备件供应不充足得 0-1.4 分。
	6、根据提供技术资料的齐全及详细情况综合评定：技术资料的齐全，描述详细，技术参数优于磋商文件要求得 4-3.1 分；技术资料的齐全，描述详细，技术参数基本磋商文件得 3-2.1 分；技术资料不全，描述不详细，技术参数不能满足磋商文件要求得 0-2 分。
	7、根据所供设备技术参数及功能满足及优于磋商文件要求的程度进行评定，在 0-3 分之间进行打分。
供货、安装 方案(13 分)	1、根据供货保证措施进行综合评定：供货保证措施合理得 4.1-6 分；供货保证措施较为合理的得 2.1-4 分；供货保证措施一般得 0-2 分； 2、根据供应商提供的设备供货方案、安装实施方案进行综合评定，得 0-4 分； 3、根据采购人的实际需要，对供应商提供的供货安装进度的时间安排及应急保障方案进行综合评定，得 0-3 分；
售后服务 (17 分)	1、根据供应商售后服务方案及售后服务响应时间（提供网点地址和联系人电话）、故障处理时间等方面综合评定，0-3 分；



- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2、根据各供应商拟派维保技术人员数量及其从事该专业的年限、经验进行评定，0-3 分；3、根据供应商提供培训计划、培训时间、人员数量、形式等情况综合评定，0-3 分；4、根据响应文件中对设备质保内及质保期外的维保方案：软件升级、硬件维护、后续技术支持、定期巡检等情况综合评定，0-4 分；5、根据供应商设备运行后维护人员安排、备品备件是否充足及备品备件价格是否合理进行综合评定，0-4 分； |
|--|---|

注：（1）各供应商务必安排好专人对各自诚信库进行更新、维护，并对因诚信库获取信息不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误等造成的一切后果负责。电子标书的制作，企业从其诚信库内获取的该企业的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。另，电子响应文件在诚信库内获取的有关扫描件为获取那一时刻的扫描件，请各供应商更新诚信库后，务必重新获取，重新生成响应文件。

（2）评标办法中涉及的人员打分、企业证书及业绩打分的：

其中在电子标书中，业绩需从聊城市公共资源交易平台【企业业绩】模块中获取，无需提供原件，电子标书中从诚信库内获取的合同扫描件、网站中标公告截图，否则不予计分，黑白章视为复印件不得分。

企业证书，电子响应文件制作应从聊城市公共资源交易平台【企业证书】中获取。无需提供原件，电子标书中从诚信库内获取的证件均为原件扫描件，否则不予认可。

人员证书需从聊城市公共资源交易平台【从业人员】模块中获取。无需提供原件，电子标书中从诚信库内获取的证件均为原件扫描件，否则不予认可。

其他相关证件或证明，可从【投标所需其他材料】中获取。无需提供原件，电子标书中从诚信库内获取的证件均为原件扫描件，否则不予认可。

四、禁止供应商串通或以不正当手段谋取成交，如出现以下情形将依法追究法律责任。

（一）、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- 2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3、除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 5、供应商因恶意串标、串标、视同串标或使用虚假材料投标、投标截止后撤回响应文件、放弃中标等违反法律法规规章行为，经采购人决定不予退还的。
- 6、采购文件规定的其他情形。

（二）、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1、提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5、在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
- 7、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 9、将政府采购合同转包；
- 10、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

（三）、供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

（四）、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依法追究法律责任：

- 1、供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- 2、供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- 3、供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- 4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；



6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7、供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（五）、有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理相关事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互混装；
- 6、不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 7、重要说明：在清标中发现以下问题均视为涉嫌串通投标，作无效报价处理。
 - （1）响应文件制作机器码一致；
 - （2）响应文件创建标识码一致；
 - （3）使用的造价软件加密锁号一致。

（六）、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、除法定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购控制价的供应商不足 3 家的。

五、评审纪律

（一）、评审是采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将

按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

（二）、所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

（三）、磋商小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等，不得以任何形式弄虚作假。

（四）、评审期间，磋商小组不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

（五）、在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、用户及磋商小组其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

（六）、为保证成交的公正性，在评审过程中，磋商小组不得与任何供应商或与成交结果有利害关系的人员进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出磋商小组以外。

（七）、评审过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。

（八）、评审结束后，各磋商小组成员应将全部资料整理交至采购代理机构，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

（九）、采购代理机构与委托方应对磋商小组成员名单、拟邀请的潜在供应商名单、已购买采购文件的潜在供应商名单、评审过程予以保密。

（十）、磋商小组成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

（十一）、磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（十二）、评审工作开始前，由工作人员负责收缴并保管评委、工作人员的通讯工具。

（十三）、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 1、参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- 2、参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- 3、参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 4、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

六、成交通知书

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

七、签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照排序由高到低的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、解释权：

（一）、本采购文件的最终解释权为采购人，解释以采购人的书面解释为准。

（二）、采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，供应商应同时遵守相关法律、法规。



第三部分 项目说明

采购设备清单

序号	区域	设备名称	数量
1	试剂准备区	天平	1 台
2	试剂准备区	超净工作台	1 台
3	试剂准备区 标本制备区 扩增区	移液器	3 套
4	试剂准备区	纯水机	1 台
5	试剂准备区	医用冷藏箱	1 台
6	试剂准备区	试剂低温冰箱	1 台
7	试剂准备区 标本制备区	漩涡混合器	2 台
8	试剂准备区 标本制备区 扩增区	消毒车	3 台
9	试剂准备区 标本制备区 扩增区	振荡器	3 台
10	试剂准备区 标本制备区 扩增区	迷你离心机	3 台
11	试剂准备区	压力蒸汽灭菌器	1 台
12	标本制备区	生物安全柜	1 台
13	标本制备区	样本低温冰箱	1 台
14	标本制备区	高速台式冷冻离心机	1 台
15	标本制备区	水浴锅	1 台
16	标本制备区	核酸提取仪	1 台
17	扩增区	荧光定量 PCR 仪（含电脑）	2 台
18		新冠试剂盒（人份）	人份



19		新冠核酸提取试剂（人份）	人份
20		新冠采集套装（咽拭子+保存管（2ml/5ml 可选）（1套）	1套

注明：新冠试剂盒、新冠核酸提取试剂、新冠采集套装报价时按单价进行填报。

采购设备技术参数

1. 天平技术参数

- 1) 称量范围 0-100g
- 2) 可读性精度 0.1mg
- 3) 称盘尺寸 90mm
- 4) 外形尺寸 $\geq 350 \times 215 \times 340 \text{mm}$
- 5) 包装尺寸 $\geq 480 \times 375 \times 515 \text{mm}$
- 6) 工作空间高度 240mm
- 7) 校准方式 内部校准

2. 超净工作台技术参数

- 1) 垂直流形，准封闭式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。
- 2) 采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。双面操作，使用更加灵活方便。
- 3) 工作台面为进口不锈钢
- 4) 洁净等级：100级
- 5) 菌落数： ≤ 0.5 个/皿·时（ $\Phi 90 \text{mm}$ 培养皿）
- 6) 平均风速：0.3~0.6 m/s（可调）
- 7) 噪音： $\leq 62 \text{dB (A)}$
- 8) 振动/半峰值： $\leq 3 \mu \text{m}$
- 9) 照度： $\geq 300 \text{Lx}$
- 10) 电源：AC200V、1 Φ 、50Hz
- 11) 最大功耗：0.4KW
- 12) 工作区尺寸(W1×D1×H1)： $\geq 870 \times 700 \times 520 \text{mm}$
- 13) 装置外形尺寸(W×D×H)： $\geq 990 \times 720 \times 1600 \text{mm}$
- 14) 高效过滤器规格及数量：820×600×50× ①
- 15) 荧光灯/紫外灯规格及数量：20W× ① /20W× ②



3. 移液器技术参数

轻巧且符合人体工程学的单通道移液枪具有固定容量或容量可调两种型号，可实现精准的移液。

4. 纯水机技术参数

- 1) 电导率 $\leq 0.1 \mu S/cm$
- 2) 电阻率 $10-18.25 M\Omega \cdot cm$
- 3) 重金属离子 $< 0.1 ppb$
- 4) 颗粒物 $< 1/ml$
- 5) RO 反渗透水指标
- 6) 离子截留率 96-99%
- 7) 有机物截留率 $> 99\%$
- 8) 颗粒和细菌截留率 $> 99\%$
- 9) 瞬间出水量 $1750 ml/min$
- 10) 出水口 共 2 个：1 个 RO 反渗透水，1 个 DI 去离子水
- 11) 使用环境 温度：15-35℃ 相对湿度： $\leq 80\%$

5. 医用冷藏箱技术参数

类型（搁架/抽屉）/材质	搁架/钢丝浸塑
层数	5
*制冷方式（风冷/直冷）	风冷
除霜方式（自动/手动）	自动
制冷剂/g	R600a/33g
噪音级别	$\leq 49.6 dB(A)$
环温	$10 \sim 32^{\circ}C$
*温度范围	$5 \pm 3^{\circ}C$
功率（W）	180
电流（A）	1.2
内部材料	压花铝板
高低温报警	标配
断电报警	标配



温控器故障报警	标配
电池开关报警	/
门开关报警	标配
环温	10~32℃
断电报警时长（h）	8
脚轮	标配

6. 试剂低温冰箱技术参数

层数	4
制冷方式（风冷/直冷）	直冷
除霜方式（自动/手动）	手动
制冷剂/g	R290/90g
噪音级别	53dB(A)
环温	10~32℃
温度范围	-10℃~-25℃
蒸发器类型	内藏盘管式
蒸发器材料	铜管
冷凝器类型	丝管式
电压/频率（V/Hz）	220/50Hz
功率（W）	290
电流（A）	2.1
内部材料	304 不锈钢
外部材料	喷涂钢板
隔热层	聚氨酯环戊烷发泡
高低温报警	√
断电报警	√
温控器故障报警	√
电池开关报警	/
门开关报警	√



环温

10~32℃

7. 漩涡混合器技术参数

- 1) 功率：≥50W
- 2) 转速：≥2800 转/分
- 3) 工作方式:连续, 点触, 调速
- 4) 工作台:碗型, 平板型可调换
- 5) 外型尺寸：≥170*120*170mm

8. 消毒车技术参数

1	灯管	支	2
2	保险丝	只	2
3	说明书	本	1
4	螺丝	个	6
5	定时器	个	1
6	开关	个	1
7	灯车	台	1

9. 振荡器技术参数

振荡频率 0~360 转/分钟

振荡幅度 20mm

振荡方式 往复

定时范围 0~120 分钟

负载 50Kg

工作尺寸 50*30cm

10. 迷你离心机技术参数

最大转速	7000 rpm	5000 rpm
最大相对离心力	2650×g	1350×g
样品处理量	0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR 排管）	



适配转子	8×2/1.5ml 转子（配 0.2ml 和 0.5ml 适配器） 8×4×0.2ml PCR 排管转子
电源参数	110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz
功率	≥20W
噪音	45dB（A）
外形尺寸	≥170mm×170mm×110mm
包装尺寸	≥320 mm×250 mm×210 mm

11. 压力蒸汽灭菌器技术参数

1	设计压力	0.28Mpa
2	设计温度	150℃
3	额定工作压力	0.22Mpa
4	额定工作温度	134℃
5	灭菌温度范围	40～136℃
6	温度显示精度	0.1℃
7	压力指示范围	0～0.4Mpa
8	动态脉动排气次数	0～9 次
9	时间设定范围	0～999min
10	电源电压	220V/50Hz
11	腔体材料	304 不锈钢
12	水源要求	蒸馏水或软化水
13	容积	≥50L
14	额定功率（KW）	4.4

12. 生物安全柜技术参数



- 1) 气体循环方式和洁净等级循环方式: 100%外排. 洁净等级: ISO4
- 2) 过滤器级别过滤效率: 排风 HEPA@0.3 μ m 99.995%; 送风 ULPA@0.12 μ m 99.9995%;
- 3) 下降风速: 0.31-0.33;
- 4) 工作窗口吸入风速: 0.61-0.63;
- 5) 噪声: ≤ 60 dB(A);
- 6) 振动半峰值: $\leq 1.2 \mu$ m;
- 7) 电源: AC, 单相 220V/50Hz;
- 8) 人员防护:
A 撞击式采样器菌落总数 ≤ 5 CFU/次;
狭缝式采样器菌落总数 ≤ 3 CFU/次;
受试产品防护: 菌落总数 ≤ 3 CFU/每次;
交叉感染防护: 菌落总数 ≤ 1 CFU/每次;
- 9) 最大功耗: ≤ 1.5 kw;
- 10) 光照度: ≥ 1000 Lu $\times$;
- 11) 均流板不能添加附着物: 均流板上没有阻挡气流的附着物, 保证层流的稳定;
- 12) 单人操作

13. 样本低温冰箱技术参数

工作条件 220V, 50Hz

容积 ≥ 150 升

输入功率 630W

储存温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim -86^{\circ}\text{C}$

气候类型 N

样式 立式, 侧开门, 安全门锁设计, 底部带脚轮

制冷方式 直冷

14. 高速台式冷冻离心机技术参数

最高转速	16000r/min
最大容量	6*100ml
定时范围	99h59min



外型尺	610*570*370mm
控速精度	±20r/min
温控精度	±1℃
最大离心力	20600*g
温控范围	-20℃～40℃
噪音	≤58dBA

15. 水浴锅技术参数

工作电压	220V
温度范围	环境温度-100℃
温度波动	±0.5℃
材质	304 食品级不锈钢制造

16. 核酸提取仪技术参数

1	核酸提取方式	磁珠法
2	样本通量	96
3	处理体积	20-1000ul
4	处理时间	15min-60min
5	磁珠回收率	≥98%
6	磁棒磁通量	3000-6000Gs，可更换配件
7	控温范围	室温-105℃
8	震荡功能	有
9	震荡方式	上下震荡（1-3 挡可调）或水平震荡
10	水平震荡模块	1-3 挡可调



11	模块工位	6
12	加热方式	加热膜和 TEC
13	低温保存功能	有
14	温度显示分辨率	0.1℃
15	样品保护功能	开机自检、断电保护、高温报警、过温保护
16	电机保护	工作期间磁体电机保持静止，延长电机和导轨寿命
17	消毒与去污染方式	UV 灯
18	照明灯	有
19	安全门设计	仪器在打开安全门的情况下暂停工作
20	使用	AC100-240V 50Hz/60Hz
	电源	

17. 荧光定量 PCR 仪（含电脑）技术参数

1、配置：软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率 SNP 分析或熔点曲线分析

2、技术规格

2.1、热循环系统

2.1.1 加热冷却方式：半导体

2.1.2 升降温速率：3.5℃/秒以上

2.1.3 温度范围：4℃-99.9℃

2.1.4 控温精确度：±0.25℃

2.2、样品系统

2.2.1 样品通量：单管、8 联管、96 孔板

2.2.2 反应体积：10-100ul

2.2.3 运行时间：<40 分钟

*2.2.4 快速模式：硬件可以升级至快速模式，在 35 分钟内完成 40 个循环



2.2.4 机械设计: 样品无需移动

2.3、荧光系统

2.3.1 荧光染料: FAMTM/SYBRGreenI, VIC/JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/TexasRed, Cy5

2.3.2 荧光定量方法: Taqman 探针、SYBRGREEN1、TaqmanMGB 探针

2.3.3 荧光校正: 软件支持 Rox 荧光校正去除加样、蒸发等误差

2.4 光学系统

2.4.1 激发光源: 卤钨灯, 配备时间监测及自我诊断程序

2.4.2 光源稳定性: 光源固定且为单一光源, 以保持光源和光强稳定

2.4.3 检测系统: 冷 CCD 摄像机成像, 检测器稳定不需要移动, 增加光学稳定性

2.4.4 检测波长: 500-650nm

2.4.5 检测方式: 实时动态检测, 动态显示, 可同时检测 5 种荧光染料 (520nm, 550nm, 580nm, 610nm, 650nm), 支持 4 重定量

2.5、检测性能

2.5.1 检测灵敏度: 能检测到 ≤ 10 个拷贝数的模板, 置信度 99.7%

2.5.2 线性范围: 10⁹ 以上

2.5.3 检测分辨率: 99.7%置信度下能有效分辨 5000 和 10000 模板拷贝数的差异

2.5.4 读板时间: 96 孔板读板时间少于 10 秒

2.5.5 样品分析时间: 96 样品结果分析时间少于 5 秒

2.6、分析功能

2.6.1 定量类型: 能进行绝对定量和相对定量, 可同时对 960 个数据同时进行分析, 比对和作柱形图

2.6.2 使用多组分算法, 用于多色荧光分辨, 去除不同荧光之间的干扰

2.6.3 熔解曲线分析

2.6.4 突变分析

2.6.5 等位基因分析

2.7、软件系统

2.7.1 定量 PCR 软件: 有绝对定量和相对定量软件



*2.7.2 等位基因分析软件

2.7.3 软件, 可用于 PCR 引物, 巢式 PCR, 多重 PCR 引物, RT-PCR 引物的设计和自动测试

2.7.4 反应板设置指南软件

2.7.5 荧光校正软件

2.7.6 稀有突变软件

2.8、试剂盒

2.8.1 安装试剂盒: 需要

2.9、试剂、耗材: 开放式

3、基本配置和附件

3.1 荧光定量 PCR 主机

3.2 标配电脑

18. 新冠试剂盒 (人份)

19. 新冠核酸提取试剂 (人份)

20. 新冠采集套装 (咽拭子+保存管 (2ml/5ml 可选) (1 套)



第四部分 合同格式

采购合同书

项目名称: _____

合同编号: _____

采购代理机构: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签署地点: _____

签署日期: _____



采购合同书

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

_____（项目名称）以竞争性磋商的方式进行采购。经磋商小组评审确定乙方为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、采购文件
- 2、乙方响应文件
- 3、成交通知书
- 4、乙方在磋商过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准(详细清单见附件)

序号	产品（货物） 名 称		单位	数量	单价	总价	产地
1							
2							
3							
....							
合 计							—

三、合同金额

合同总金额：人民币(大写)_____元。

¥_____ 元。

四、货款支付：_____（按采购文件规定填写）

五、交货

- 1、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方



承担，因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

2、交货时间：接甲方通知____天交货并安装调试完毕。

3、交货地点：_____

六、履约保证金：无。

七、质量

货物的质量应符合采购文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面澄清及承诺。

八、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、运输要求及报价范围

1、运输及相关费用由乙方承担。

2、报价应含运输装卸、售后服务等费用。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如乙方由此为甲方所造成的一切损失由乙方承担。

十一、验收

1、对项目的质量问题，甲方应在发现之日起 **30** 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在____日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及磋商过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

2、该项目由甲乙双方及抽取专家共同验收，项目达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，造成的一切损失由乙方承担。

十二、售后服务

1、乙方应按采购文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务；

2、其它售后服务承诺：（填响应时间）。

十三、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：



乙方应提交：代理服务费、验收费。

十四、违约条款

1、所供货物经验收达不到规定要求的甲方可拒付全部货款，为甲方造成损失的承担相应赔偿责任。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任；

3、乙方延迟交付，每延迟 1 日，按应交付货物总额____支付违约金；

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后____日内仍不履行合同的，经双方同意后，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任；

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后____日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在____天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1)提交聊城市仲裁委员会仲裁；

(2)向人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第(1)种方式予以解决。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，采购代理机构____份，具有同等法律效力。



甲方（采购人）印章：

法定代表人或授权代表：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（成交供应商）印章：

法定代表人或授权代表：

电话：

开户银行：

账号：

年 月 日



第五部分 响应文件格式

资格审查文件

电子响应文件中提供如下资格审查文件：

- 1) 提供营业执照扫描件；
- 2) 2018 或 2019 年度财务状况报告。是指提供本单位的财务报告或财务报告表扫描件；
- 3) 近半年内不少于一个月依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的扫描件；
- 4) 近半年内不少于一个月依法缴纳社会保障资金的证明。指提供本单位政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据扫描件；
- 5) ①基本存款账户开户许可证复印件加盖公章或②基本存款账户承诺书（含加盖开户行印章的《基本存款账户信息》）（格式见附件）；（如不能提供①，则提供②）；
- 6) 投报产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件加盖公章；
- 7) 若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为代理商，应提供《医疗器械经营企业许可证》；
- 8) 保证金缴纳凭证；
- 9) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式按附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》；
- 10) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》，格式按附件；
- 11) 法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证扫描件；

备注：

1. 资格审查采用资格后审，仅需按照电子标书制作要求将其上传至诚信库并在电子标书中获取即可。

2. 电子响应文件制作，资格审查的 1-7 项应直接从诚信库中获取；8-11 项应按磋商文件规定格式填写并签字盖章后，直接上传至电子响应文件系统中。**未按要求提供上述**



证明视为无效投标。

3. 供应商未按照上述 1-2 项重要说明的要求提供材料、证件或制作电子响应文件的，作无效处理。

4. 电子响应文件中从诚信库内的获取的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可，涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。

5、2020 年新成立公司上述资格要求中的 2）、3）、4）可不提供。



附件：法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商单位名称（盖章）：

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件（须提供正面、背面双面身份证复印件）



附件：法定代表人授权书

致：

我（法定代表人名称）系（供应商单位全称）的法定代表人，现授权委托我公司（委托代理人姓名和职务）为全权代表，参加（采购人名称）的项目（项目名称）采购活动，项目编号为：。该同志代表我单位全权处理本次采购活动中与（采购人名称）的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

委托代理人无转让委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

委托代理人身份证复印件
(第二代身份证，提供正反面)



附件：无重大违规违法声明

致：山东信立项目管理有限公司：

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称： （盖单位公章）

年 月 日

注：重大违法记录，是指供应商（投标人）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件：信用记录承诺

致：山东信立项目管理有限公司

我方郑重承诺，在参与_____项目（编号：_____）采购期间，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。


（后附我方在上述网站三个查询结果截图）

供应商全称：（盖单位公章）



年 月 日


“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图（共三个），具体步骤如下：

第一步：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页信用信息搜索栏输入供应商（投标人）名称（如图）



第二步：分别点击“失信被执行人”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”，将三个页面进行截图（每个搜索栏均需显示供应商（投标人）名称）





中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图，具体步骤如下：

中国政府采购网首页→政府采购严重违法失信行为信息记录→输入供应商（投标人）名称
所得截图



注：①截图中应包括浏览器地址栏及网址，页面信息必须明确显示参与本项目企业全称。

②采购人或者采购代理机构应当对供应商（投标人）信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（投标人），作无效投标处理。

③两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询并附证明截图，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。



附件：履行合同的设备技术能力证明表

单位名称 (盖公章)					
技术人员数量		管理人员数量		生产人员数量	
设备情况					
序号	设备名称	设备规格		设备数量	

- 1、本表由供应商填写，不填写本表响应无效；
- 2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况填写。



报价文件

附件: 报 价 函

经研究,我方决定参加贵方组织的项目编号为 _____ 的采购项目。为此,我方郑重声明以下诸点,并承担法律责任。

1、我公司郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方提交响应文件。

3、如果我方的响应文件被接受,我方将履行采购文件中规定的每一项要求,并按我方响应文件中的承诺,按期、保质、保量提供货物及服务。

4、我方理解,最低报价不是成交的唯一条件,磋商小组有选择成交供应商的权利。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按采购文件规定交纳保证金、成交服务费、验收费(如果有),遵守贵机构有关采购文件的各项规定。

7、我方的响应文件有效期按采购文件报价有效期要求执行。

8、我公司承诺提供的所有资料完全真实,否则将承担由此引起的一切后果。

9、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

供应商单位全称(加盖公章) 法定代表人或授权代表签字或签章:

日期: 年 月 日



附件：报价一览表

(以电子标系统内生成格式为准填写并签章)

项目编号：

序号	报 价 项 目 明 细	
1	初始报价	小写：_____万元 大写：_____
2	对采购文件的响应程度 (是否完全响应)	是 ☐ 否 ☐
3	质保期	_____年
4	交货期	合同生效后 _____ 天
5	售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间_____小时	
6	其他补充或优惠条件：	

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表签字或签章：_____



附件：报价明细表

序号	设备名称	型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	单价	合价
1									
2									
3									
.....									
合计									

供应商名称（公章）：_____

备注：1.请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2.请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

3.投标人必须对上表中的所有内容进行报价；



附件：主要备品备件、易损件清单

项目编号：_____

单位：元

序号	备品备件、易损件等 名称	生产企 业	规格型号	数 量	单 位	品 牌	产 地	单 价	合 价
1									
2									
3									
.....									
合计									

投标人名称（公章）：_____法定代表人或授权代表签字或签章：__



技术文件

附件：货物的技术规格、参数的详细描述

供应商应根据所报内容自行编制



附件：技术响应表

供应商名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

序号	采购文件要求	响应文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1.即使供应商在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要填报该表。如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在响应表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。



商务文件

附件：商务响应表

供应商名称：（加盖公章）_____ 项目编号：_____

序号	采购文件要求	响应文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1.如供应商在响应表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。
2.商务响应中服务期、付款方式等条款的负偏离视为不响应采购文件的实质性要求。



附件：类似项目业绩清单

项目名称：_____

序号	项目名称	中标金额	签订时间	联系人	联系方式
1					
2					
.....					

后附与评审现场提供的原件一致的证明材料复印件（加盖公章）。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商单位名称（盖章）：

日期： ____年__月__日

注：①该清单应附在响应文件中。 ②表格中内容必须如实填写完整。



附件：产品质保承诺（包括但不限于）

附件：售后服务条款（包括但不限于）

附件：制造商的授权书（参考）

致：（采购代理机构名称）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第_____（招标编号）_____号招标提供由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予_____（代理商名称）_____全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认_____（代理商名称）_____或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于_____年_____月_____日签署本文件，_____（代理商名称）_____于_____年_____月_____日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）_____

注：供应商可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。



附件：基本存款账户承诺书

根据银发【2019】41号文件《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，我单位已无法办理银行开户许可证证件，特使用加盖开户行有关印章的银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》及本承诺书作为法律效力的同等替代。

我公司保证基本存款账户信息的准确性，承诺相关信息变更后及时在贵单位诚信库进行更新，同意承担基本存款账户变更后仍虚假使用此账户作为基本存款账户参与招投标项目评审的违法违规行为的法律后果，并对因更新不及时产生的其他法律后果负责。

账户名称：

账户号码：

开户银行：

基本存款账户编号：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺公司（盖章）：

年 月 日

另附：加盖开户行有关印章银行账户信息系统打印的《基本存款账户信息》。



附件：节能产品报价说明表一

投标人名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

强制节能产品报价明细						
序号	货物名称	型号/规格	节字标志认证证书号	数量	单价（元）	合价（元）
1						
2						
...						
强制节能产品总价（元）						

附注：

- 1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的**最新**一期《节能产品政府采购清单》中加★号的产品，表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的加★号的节能产品。为便于认定产品是否在强制节能清单中，表后需附节字标志认证证书和产品在《节能产品政府采购清单》所在清单页截图复印件（并标明在清单中的页码）加盖公章，否则评委有权利不予认定。
- 2、强制节能产品的认定依据最新一期《节能产品政府采购清单》，不是最新一期清单中的截图评委有权利不予认定。
- 3、采购中涉及强制节能产品时必须填写本表，否则评委有权利不予认定；



附件：节能产品报价说明表二

投标人名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

优先采购的节能产品报价明细						
序号	货物名称	型号/规格	节字标志认证证书号	数量	单价（元）	合价（元）
1						
2						
优先采购的节能产品总价（元）						

附注：

- 1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的最新一期《节能产品政府采购清单》中不加★号的节能产品；表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的不加★号的节能产品。表后附节字标志认证证书和产品在最新一期《节能产品政府采购清单》所在清单页截图复印件（并标明在清单中的页码）加盖公章。
- 2、节能产品的认定依据最新一期《节能产品政府采购清单》，不是最新一期清单中的截图不予认定。
- 3、若不按要求填写本表，将不享受节能产品评审价格折扣或加分。



附件：环境标志产品报价说明表

投标人名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

序号	货物名称	型号/规格	中国环境标志 认证证书编号	数量	单价 (元)	合价 (元)
1						
2						
总价（元）						

附注：

- 1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的环保产品。表后附中国环境标志认证证书和产品在最新《环境标志产品政府采购清单》所在清单页截图复印件（并标明在清单中的页码）加盖公章。
- 2、环境标志产品的认定依据最新一期《环境标志产品政府采购清单》，不是最新一期清单中的截图不予认定。
- 3、若不填写本表，将不享受环保产品价格折扣或加分。



附件：监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位 报价说明表

供应商名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

序号	货物及服务名称	型号/规格	制造厂名称	数量	单价	监狱企业	小型、微型企业、残疾人福利性单位
						合计	合计
1							
2							
监狱、小型、微型企业、残疾人福利性单位提供服务报价总计							

附注：

- 1、填入的内容必须是本企业提供的服务，或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位生产的产品；
- 2、填写本表的小型和微型企业或残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业、残疾人福利性单位生产产品的，须同时提供授权和该企业的监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位证明。
- 3、不填报本表，不需提供“中小企业声明函”“残疾人福利性单位声明函”和证明文件，但评审时不对其提供的服务货产品给予评审价折扣。



附件：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为__型（小型或微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为__型（小型或微型）企业。

2.本公司参加_____（采购人）的_____（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他__型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日



附件：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日



供应商资格审查统计表

供应商名称:

序号	名称	内容	检验结果	
1	营业执照及资质证书	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
2	2018 或 2019 年度财务状况报告。	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
3	近半年内不少于一个月依法缴纳税收的证明	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
4	近半年内不少于一个月依法缴纳社会保障资金的证明	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
5	基本存款账户开户许可证复印件加盖公章或②基本存款账户承诺书（含加盖开户行印章的《基本存款账户信息》）（格式见附件）；（如不能提供①，则提供②）	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
6	投报产品《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件加盖公章	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
7	若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为代理商，应提供《医疗器械经营企业许可证》；	是否提供 ☐ 诚信库 ☐		
8	保证金缴纳凭证复印件加盖公章	是否提供:		
9	《无重大违规违法声明》、《信用记录承诺》	是否提供:		
10	《履行合同的设备技术能力证明表》	是否提供:		
11	授权委托书及委托代理人的身份证（或法定代表人身份证明及身份证）扫描件	法定代表人姓名:		
		委托代理人姓名: 身份证号码:		
是否审查合格				
核验人及委托代理人签字		核验人: 委托代理人签字确认:		

说明: 1、本表除检验结果一列外，其余内容自行填写完毕;

2、与此表格单独与资格证明文件复印件同时提交置于同一档案袋中，开标前递交给代理



机构人员。3、本表格如果与资格条件有冲突不符合的条件，以资格条件内容为准。



发改价格[2011]534 号通知

代理服务收费标准（2011）

费率 中标金额（单位：元人民币）	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

- 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。
- 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

某货物招标代理业务中标金额为 300 万元，计算招标代理服务收费额如下：

 $100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$ $(300 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 2.2 \text{ 万元}$

合计收费=1.5 万元+2.2 万元=3.7 万元

某服务招标代理业务中标金额为 300 万元，计算招标代理服务收费额如下：

 $100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$ $(300 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 1.6 \text{ 万元}$

合计收费=1.5 万元+1.6 万元=3.1 万元

某工程招标代理业务中标金额为 1000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

 $100 \text{ 万元} \times 1.0\% = 1 \text{ 万元}$ $(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.7\% = 2.8 \text{ 万元}$ $(1000 - 500) \text{ 万元} \times 0.55\% = 2.75 \text{ 万元}$

合计收费=1+2.8+2.75=6.55 万元



附件：（仅供参考）

档案袋封口格式：

..... 于年月日时之前不准启封（加盖公章）

档案袋封面格式：

响应文件（.nlctf 文件） 项目编号：_____ 项目名称：_____ 供应商名称（公章）：_____ 法定代表人或授权代表签字或盖章：_____ 地址：_____ 电话：_____	响应文件（PDF 文件） 项目编号：_____ 项目名称：_____ 供应商名称（公章）：_____ 法定代表人或授权代表签字或盖章：_____ 地址：_____ 电话：_____
资格审查表及资格审查复印件 项目编号：_____ 项目名称：_____ 供应商名称（公章）：_____ 内附：_____ ①_____ ②_____ ③_____ 	



财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各集中采购机构：

为了深入推进政府采购制度改革和政府购买服务工作，促进实现“物有所值”价值目标，提高政府采购效率，现就《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知如下：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买**服务**项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动**可以**继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

请遵照执行。

中华人民共和国财政部

2015年6月30日